

市立野洲地域医療センター乳房X線撮影装置一式納入業務

仕様書

仕様書

1. 調達物品名称及び数量

(1) 物品名

乳房X線撮影装置

(2) 構成内容及び数量

<乳房X線撮影装置>

X線高電圧発生装置 1式

X線管装置 1式

撮影装置 1式

操作コンソールおよび画像処理装置 1式

トモシンセシス撮影機能 1式

乳房X線撮影装置の日常精度管理用具 1式

<マンモ画像診断システム>

サーバ 1式

クライアント 1式

ビューア 1式

レポート 1式

2. 納品場所

市立野洲地域医療センター 滋賀県野洲市富波甲1294番地

(現有装置設置場所：市立野洲病院 滋賀県野洲市小篠原1094番地)

3. 納入期限

令和 8年12月 1日から令和 8年12月25日まで

(現有装置の引き取り：令和9年3月1日から令和9年3月31日まで)

4. 機器設置条件

- (1) 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること
- (2) 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする
- (3) 機器の納入・設置・現有機器の引き取り及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする
- (4) 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること
- (5) 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）
- (6) 建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

5. 構成リスト(デジタルマンモグラフィ装置)

NO	品名	メーカー	型式	数量
I	デジタルマンモグラフィ装置			
1	フルデジタル乳房X線撮影装置本体	シーメンスヘルスケア	MAMMOMAT B.brilliant	1式
	イルミネーショングラス「MoodLight」			
2	操作コンソール	シーメンスヘルスケア		1式
	画像収集用ワークステーション			
	19インチTFTモニタ			
	キーボード/マウス			
3	ばく射スイッチ	シーメンスヘルスケア		1式
	ばく射用コントロールボックス			
	ばく射スイッチ(ハンド)			
4	圧迫板	シーメンスヘルスケア		1式
	拡大ユニット			
5	機能・アプリケーション	シーメンスヘルスケア		1式
	低被ばく機構「PRIMEテクノロジー」			
	Platinum Tomosynthesis			
	トモシンセシス専用ソフト			
6	標準付属品	シーメンスヘルスケア		1式
7	搬入・据付調整	シーメンスヘルスケア		1式
8	トレーニング	シーメンスヘルスケア		1式
9	初期トレーニング:オンサイト2日(1年間有効)	シーメンスヘルスケア		1式
10	Additional Training 1Day	シーメンスヘルスケア		1式
11	製品保証	シーメンスヘルスケア		1式
	保証期間 1年			
12	周辺機器、他	シーメンスヘルスケア		
	除湿器			1式
	ACR認定マンモファントム		03-501型	1式
	マンモステップファントム		AGH-D210F型	1式
	線量測定費用			1式
	診療椅子マンモキュート		MM-CUTO N ES19	1式
	トーラストファントム (両胸タイプ)			1式
	収納ラック			1式
	DICOM Strageインターフェイス費用			1式
	DICOM MWMインターフェイス費用			1式
II	乳房用X線診断装置用周辺機器			
1	mammodite Ver1.5 サーバ兼クライアント型	ネットカムシステムズ		1式
	高性能WS			
	高速表示用ビデオボード			
	イメージオペレーションキーパッド			

	マンモグラフィ所見レポートシステム			
	リモートメンテナンス回線			
	無停電電源装置			
	NASバックアップシステム（画像容量：実効3.0TB）			
	DICOM Q/R機能			
	mammodite View S/W			
	Xrono List S/W			
2	mammodite Ver1.5 クライアント専用型	ネットカムシステムズ		1式
	高性能WS			
	高速表示用ビデオボード			
	イメージオペレーションキーパッド			
	マンモグラフィ所見レポートシステム			
	mammoditenView S/W			
3	アストロステージ様側 接続費用	ネットカムシステムズ		1式
	DICOM Strage インターフェイス費用（乳腺エコー）			
	DICOM QRインターフェイス費用			
	マンモシステムPDF連携			
	設定/調整/立合い・操作指導等			
4	石川コンピュータ様側 連携費用	ネットカムシステムズ		1式
5	工事関連	シーメンスヘルスケア		
	除湿器工事			1式

【特記】

- ▶ 当院指定のPACS、Workstation、RISなどの機器と接続すること。
- ▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。
- ▶ 現有装置の引き取りを行うこと。（令和9年3月1日～令和9年3月31日）
- ▶ 診療の都合により、同等品申請は認めない。
- ▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。