

市立野洲地域医療センター回診用X線撮影装置一式納入業務

仕様書

仕様書

1. 調達物品名称及び数量

(1) 物品名

回診用X線撮影装置

(2) 構成内容及び数量

回診用X線撮影装置

1式

高電圧発生装置

1式

X線管球

1式

検出器、画像処理装置

1式

走行機構

1式

周辺備品

1式

2. 納入場所

滋賀県野洲市富波甲1294番地

市立野洲地域医療センター

3. 納入期限

令和 8年12月 1日から令和 8年12月25日まで

4. 機器設置条件

- (1) 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること
- (2) 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする
- (3) 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする
- (4) 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること
- (5) 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと
- (6) 建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

5. 構成リスト(回診用X線撮影装置)

NO	品名	メーカー	型式	数量
I	回診用X線撮影装置		MobileDaRt Evolution MK9 Kタイプ	
1	回診用X線撮影装置		MobileDaRt Evolution	1
	X線管保持装置および台車部			
	X線高電圧装置(最大出力 32kW)			
	X線管装置 300kHU			
	コリメータ			
	計算面積線量表示機能			
2	3Dカメラ			1
3	レーザーマーカ			1
4	無線ハンドスイッチ			1
5	無線LANオプション			1
6	ハンドル高さ変更キット			1
7	キーレスエントリー			1
8	デジタルラジオグラフィー		AeroDR swift 1717HL	1
9	AeroDR マルチサイズクレードル			1
10	CS-7カテ先・ガーゼ協調処理ライセンス			1
11	CS-7 体動肺野欠け検知ライセンス			1
12	CS-7 インテリジェントグリッドライセンス			1
13	収納棚			2
14	防護エプロンラック			1
15	X線防護衣		LL グリーン	1
16	FPD用グリッド			2
【特記】				
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 当院指定のPACS、Workstation、RISなどの機器と接続すること。 ▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。 ▶ 診療の都合により、同等品申請は認めない。 ▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。 				