

市立野洲地域医療センター中材設備機器一式納入業務
仕様書

仕様書

1. 調達物品名称及び数量

(1) 物品名

中材設備機器一式

(2) 構成内容及び数量

包装品用高圧蒸気滅菌器	1式
器具除染用洗浄器(超音波機能付)	1式
器具除染用洗浄器	1式
器具除染用洗浄器	1式
RO水製造送水ユニット	1式
簡易貫流蒸気ボイラ	2式

2. 納入場所

滋賀県野洲市富波甲1294番地
市立野洲地域医療センター

3. 履行期間

令和8年12月1日から令和9年2月28日まで

(物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。)

4. 機器設置条件

- (1) 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること
- (2) 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする
- (3) 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする
- (4) 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること
- (5) 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）
- (6) 建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

5. 構成リスト(中材設備機器)

NO	品名	メーカー	型式	数量
	中材設備機器			
1	包装品用高圧蒸気滅菌器	三浦工業	RX-32FN	1
	フロアカートASSY	三浦工業	RZ-32FN(W)	1
2	器具除染用洗浄器	三浦工業	RR-50E	1
3	器具除染用洗浄器	三浦工業	RU-240EUW	1
	器具除染用洗浄器	三浦工業	RU-240ENW	1
	洗浄ラック4段	三浦工業	RU-240HUW	3
	コンテナ用ラック	三浦工業	RU-240HUW	1
	ストレッチャASSY	三浦工業	RU-240HUW	6
	スリッパセット器具	三浦工業	RU-240HUW	2
	バスケット 中	三浦工業	520X250X50 SUS	34
	マイクロ器具用バスケット 大	三浦工業	H480XD265XT65	3
4	簡易貫流蒸気ボイラ	三浦工業	SU-350H	2
	業務用軟水装置	三浦工業	MS-10CL	2
	薬注装置	三浦工業	CPI-10S AC100V	2
	硬度もれ警報装置 カラーメトリ	三浦工業	CMU-324H	3
5	RO水製造送水ユニット	三浦工業	600B	1
	漏水検知器セット	三浦工業	15A AC100V ノーマルオープン	1
	漏水検知器セット	三浦工業	20A AC100V ノーマルオープン	6
	水撃防止器	三浦工業	WP-1 15A	6
	電磁弁	三浦工業	ADK12-20A-B4A-AC100V 20A NO	3
	電磁弁	三浦工業	ADK12-20A-O3A AC100V 20A	3
	搬入据付工事	三浦工業		1式
	梱包運送費	三浦工業		1式
	試運転費(包装品用高圧蒸気滅菌器)	三浦工業	RX-32FN	1式
	試運転費(器具除染用洗浄器)	三浦工業	RR-50E	1式
	試運転費(器具除染用洗浄器)	三浦工業	RU-240EUW	1式
	試運転費(器具除染用洗浄器)	三浦工業	RU-240ENW	1式
	試運転費(簡易貫流蒸気ボイラ)	三浦工業	SU-350H	1式
	試運転費(業務用軟水装置)	三浦工業	MS-10CL	1式
	試運転費(RO水製造送水ユニット)	三浦工業	600B	1式
	試運転費(硬度もれ警報装置 カラーメトリ)	三浦工業	-	1式
【特記】				
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 診療の都合により、同等品申請は認めない。 ▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。 ▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。 				