

市立野洲地域医療センター  
過酸化水素低温プラズマ滅菌装置納入業務

仕様書

# 仕様書

## 1. 調達物品名称及び数量

### (1) 物品名

過酸化水素低温プラズマ滅菌装置

### (2) 構成内容及び数量

過酸化水素低温プラズマ滅菌装置

1式

## 2. 納入場所

滋賀県野洲市富波甲1294番地  
市立野洲地域医療センター

## 3. 履行期間

令和8年12月1日から令和9年2月28日まで

(物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。  
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。)

## 4. 機器設置条件

- (1) 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること
- (2) 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする
- (3) 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする
- (4) 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること
- (5) 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）
- (6) 建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

## 5. 構成リスト(過酸化水素低温プラズマ滅菌装置)

NO	品名	メーカー	型式	数量
I	過酸化水素低温プラズマ滅菌装置			
1	過酸化水素低温プラズマ滅菌装置	ASP	100NX with ALLClear	1式
2	設置調整費用	ASP		1式
3	搬入費	ASP		1式
【特記】				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 装置本体設置に関して、給排水設備、排気ダクト、エアレーター設備を必要としないこと。</li> <li>▶ 診療の都合により、同等品申請は認めない。</li> <li>▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。</li> <li>▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。</li> </ul>				