

市立野洲地域医療センター乳房X線撮影装置一式納入業務
質問書に対する回答

NO.	資料名称	質問内容	回答欄
1	仕様書「5. 構成リスト」 I. デジタルマンモグラフィ装置 No. 4 圧迫板	圧迫板1式の種類は、25cm×36cm Lowエッジ、24cm×30cm Highエッジ、18cm×24cm Highエッジ(シフティングパドル)、SoftComp 18cm×24cm Highエッジ、SoftComp 20cm×26cm Highエッジ、SoftComp 12cm×24cm Highエッジの6種類でよいでしょうか？	お見込みのとおりです。
2	仕様書「5. 構成リスト」 I. デジタルマンモグラフィ装置 No. 4 圧迫板	拡大ユニットは1.5倍、圧迫板サイズは16cm×20cm、Mag. Spot 9cm×9cmのご用意でよいでしょうか？	お見込みのとおりです。