

市立野洲地域医療センター
手術室手洗い装置納入業務

仕様書

仕様書

1. 調達物品名称及び数量

(1) 物品名

手洗い装置

(2) 構成内容及び数量

3人用手洗装置（水道水供給型）

3式

天井立下用パネル

3式

ダストボックス

3式

2. 納入場所

滋賀県野洲市富波甲1294番地

市立野洲地域医療センター

3. 納入期間

令和8年12月1日から令和9年2月28日まで

（物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。

ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。）

4. 機器設置条件

(1) 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

(2) 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする

(3) 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

(4) 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

(5) 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）

(6) 建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

5. 構成リスト(基準品A:三菱ケミカル)

NO	品名	参考メーカー	参考型式	数量
	手術用手洗装置(ダストボックス付)			
1	3人用手洗装置(水道水供給型)	三菱ケミカル	MRC-SFWX-3E/ エステル系樹脂	3式
	UV式逆汚染防止蛇口3台			
	センサースイッチ			
	消毒ディスペンサー			
	マイクロバブル発生装置			
	ロールタオルディスペンサ			
	ブラシホルダ			
	未滅菌タオルホルダ			
	アルコール/ソープディスペンサ			
2	天井立下用パネル	三菱ケミカル		3式
3	滅菌タオルホルダ	三菱ケミカル		2式
4	ダストボックス	三菱ケミカル		3式
5	搬入設置工事費	三菱ケミカル		1式
6	梱包・運送費	三菱ケミカル		1式
7	試運転調整費	三菱ケミカル		1式
【特記】				
▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。 ▶ シャワー吐水は、各蛇口の吐水前にマイクロファインバブル発生器または同等の機能を有したシャワー吐水を装備すること。 ▶ ダスト収納部に備品収納スペースを有すること。 ▶ 鏡裏に備品収納スペースを有すること。 ▶ 同等品申請を提出する場合は「6.調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件」をすべて満たすこと。 ▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。 ▶ 詳細仕様 参考図面参照				

5. 構成リスト(基準品B:大研医器)

NO	品名	参考メーカー	参考型式	数量
	手術用手洗装置(ダストボックス付)			
1	3人用手洗い装置	大研医器	DKI-WF3+DB360-ZS	1式
2	3人用手洗い装置	大研医器	DKI-WF3+DB420-ZS	1式
3	3人用手洗い装置	大研医器	DKI-WF3+DB500-ZS	1式
4	ダストボックス			3式
5	天井加工			3式
6	設置工事			1式
【特記】				
▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。 ▶ シャワー吐水は、各蛇口の吐水前にマイクロファインバブル発生器または同等の機能を有したシャワー吐水を装備すること。 ▶ ダスト収納部に備品収納スペースを有すること。 ▶ 鏡裏に備品収納スペースを有すること。 ▶ 同等品申請を提出する場合は「6.調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件」をすべて満たすこと。 ▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。 ▶ 詳細仕様 参考図面参照				

6. 調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件

1 手洗装置（3人用）は以下の要件を満たすこと

1-1	上部パネル部(鏡部)、シンク下部の材質はポリエステル系人工大理石製またはFRP製であること。
1-2	運転質量は、220kg以下であること。
1-3	本体寸法は、幅2,400mm×奥行790mm×高さ2,080mm以下であり、設置場所に収まること。
1-4	本体上部に、天井迄幅2,400mm×奥行180mm×高さ860mm以下の点検口付防塵及び配管被覆用天板パネルを備えること。
1-5	本体下部パネル色は選択可能であること。
1-6	鏡を各蛇口毎に備えること。
1-7	鏡内部には収納可能な幅300mm×奥行110mm×高さ300mm以上のスペースを各蛇口毎に備えること。
1-8	上部パネル部には防塵用に表面がフラットになる埋め込み式LED灯を3灯有すること。
1-9	シンクは、深さが手前縁部より356mm以上であり、かつ外側への水流出を防ぐため、縁部が内側に傾斜していること。
1-10	ノズル部が手洗装置パネル面より、192mm以上離して取付できるセンサー式消毒剤ディスペンサーを有すること。
1-11	本体には、薬液の供給量を任意で設定できる機能を有する、スクラビンSまたは同等剤(500ml)とポビドンヨードまたは同等剤(500ml)が搭載可能なセンサー式消毒剤ディスペンサー(2台)、ホイップウォッシュ(600ml)または同等剤が搭載可能なソープディスペンサー(2台)、ヒビスコール液A1%または同等剤が搭載可能なアルコールディスペンサーを病院様要望に応じて搭載できること。
1-12	任意の指定場所にディスポブラシ用ホルダーを有すること。
1-13	ペーパーが自動で任意の長さにカット出来る機能を有する未滅菌ロールタオルディスペンサーを有すること。
1-14	給湯及び給水を直接混合し、水温を安定保持させるためのミキシングバルブを有すること。
1-15	シャワー吐水は、光電センサーによりオンオフ制御する機能を有すること。
1-16	シャワー吐水は、各蛇口の吐水前にマイクロファインバブル発生器または同等の機能を有したシャワー吐水を装備すること。
1-17	シンク前面縁部の高さは、床面から850mm以上であること。
1-18	シャワー蛇口放水面の高さは、床面から1,200mm以上あること。

2 ダストボックスは以下の要件を満たすこと

2-1	材質はポリエステル系人工大理石またはFRP製であること。
2-2	寸法は、幅360mm×奥行740mm以下が1台、幅420mm×奥行740mm以下が1台、幅500mm×奥行740mm以下が1台で構成されていること。
2-3	ダストボックス本体上部に、天井迄幅360mm～500mm×奥行180mm×高さ860mm以下の防塵用天板パネルを備えること。
2-4	本体上部は、モニター等器材等と干渉しないよう配慮すること。
2-5	ダストボックス色は本体同様に選択可能であること。
2-6	ダスト収納部下に備品収納用引出しを有すること（全3台中2台）。
2-7	センサー式の滅菌タオルホルダーを搭載していること（全3台中2台）。
2-8	ヒビスコール液A1%または同等剤が搭載可能なアルコールディスペンサーを搭載していること（全3台中2台）。