

市立野洲地域医療センター
血圧脈波検査装置納入業務

仕様書

仕様書

1. 調達物品名称及び数量

(1) 物品名

血圧脈波検査装置

(2) 構成内容及び数量

血圧脈波検査装置

1式

2. 納入場所

滋賀県野洲市富波甲1294番地

市立野洲地域医療センター

3. 納入期間

令和8年12月1日から令和9年2月28日まで

(物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。

ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。)

4. 機器設置条件

(1) 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

(2) 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等(調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む)は全て納入業者の負担により行うものとする

(3) 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

(4) 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

(5) 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと
(納入者は補修に係る費用を負担すること)

(6) 建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

5. 構成リスト

NO	品名	メーカー	型式	数量
	血圧脈波検査装置			
1	血圧脈波検査装置	フクダ電子	VSM-2500A	1台
2	表示ユニット	フクダ電子	VSD-15	1台
3	血圧脈波検査装置用トリ-	フクダ電子	OTV-04(S)	1台
4	付属品セット	フクダ電子	ASV-07	1箱
5	カフホルダ(正面)	フクダ電子	OAV-16A	1個
6	心音マイクロホン	フクダ電子	MA-310HDS(V)	1個
7	SDカード	フクダ電子	SD-2G	1個
8	両面接着カラ-	フクダ電子	DA-30	1BAG
9	ECGアンプユニット	フクダ電子	EE-100	1個
10	誘導コード	フクダ電子	CP-105シリーズ CPV-02AKP-2036	1本
11	四肢電極	フクダ電子	TE-43	1箱
12	VS-1500E足用エ-カ-クリップ	フクダ電子	TEV-01RG	1個
13	サ-マルレコ-ダ-ユニット	フクダ電子	VSR-210	1台
14	記録紙保持金具	フクダ電子	OAV-19A	1台
15	サ-マル超高感度記録紙折畳	フクダ電子	OP-621TE	1冊
16	アイソレ-ショントランスユニット	フクダ電子	OAV-13A	1個
17	USBケーブル2m	フクダ電子	U2C-BN20WH	1本
18	カラ-プリンタ- (フラザ-)	フクダ電子	DCP-J4250N	1台
19	中継ボックス	フクダ電子	CIV-02BR9	1台
20	2次元バ-コード対応リダ-	フクダ電子	1950GHD-U	1個
21	医療機器清拭クロス(80枚入り)	フクダ電子	OAZ-10	1BAG
22	脈波検査用四肢デ-イスホカバ-	フクダ電子	OA-454	1箱
23	検査デ-タ参照システム	フクダ電子	FMLC-30	1個
24	検査デ-タ参照システム用PC	フクダ電子	TH-H100	1式
25	バ-セラユーティリティソフトウェア3	フクダ電子	VSUS-3	1式
26	システム連携費用	アストロステ-ジ		1式
【特記】				
▶ 診療の都合により、同等品申請は認めない。 ▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。 ▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。				