

市立野洲地域医療センター  
ベッドパンウォッシャー・乾燥保管庫納入業務

仕様書

# 仕様書

## 1. 調達物品名称及び数量

### (1) 物品名

ベッドパンウォッシャー・乾燥保管庫

### (2) 構成内容及び数量

|                         |    |
|-------------------------|----|
| ベッドパンウォッシャー（病棟(急性期)外科系） | 1式 |
| ベッドパンウォッシャー（病棟(急性期)内科系） | 1式 |
| ベッドパンウォッシャー（病棟(地域包括)）   | 1式 |
| 乾燥保管庫（病棟(急性期)外科系）       | 1式 |
| 乾燥保管庫（病棟(急性期)内科系）       | 1式 |
| 乾燥保管庫（病棟(障がい者)）         | 1式 |
| 乾燥保管庫（病棟(地域包括)）         | 1式 |
| 乾燥保管庫（病棟(回復期)ハ）         | 1式 |

## 2. 納入場所

滋賀県野洲市富波甲1294番地  
市立野洲地域医療センター

## 3. 納入期間

令和8年12月1日から令和9年2月28日まで

（物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。  
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。）

## 4. 機器設置条件

- (1) 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること
- (2) 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする
- (3) 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする
- (4) 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること
- (5) 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）
- (6) 建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

5. 構成リスト

| NO                                                                                                                                                               | 品名                | メーカー         | 型式           | 数量 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----|
|                                                                                                                                                                  | ベッドパンウォッシャー・乾燥保管庫 |              |              |    |
|                                                                                                                                                                  | ベッドパンウォッシャー       | モレーンコーポレーション | Tornado 1810 | 3式 |
|                                                                                                                                                                  | 乾燥庫(特注)           | モレーンコーポレーション | TM-DRC       | 5式 |
| 【特記】                                                                                                                                                             |                   |              |              |    |
| <div>▶ 診療の都合により、同等品申請は認めない。</div> <div>▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。</div> <div>▶ 乾燥庫については参考図面参照</div> <div>▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。</div> |                   |              |              |    |