

市立野洲地域医療センター
手術室生体情報モニタ納入業務

仕様書

仕様書

1. 調達物品名称及び数量

(1) 物品名

生体情報モニタ(フィリップス)

(2) 構成内容及び数量

生体情報モニタ (セントラル)

1式

生体情報モニタ (ベッドサイド)

1式

2. 納入場所

滋賀県野洲市富波甲1294番地

市立野洲地域医療センター

3. 納入期間

令和8年12月1日から令和9年2月28日まで

(物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。

ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。)

4. 機器設置条件

(1) 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

(2) 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等(調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む)は全て納入業者の負担により行うものとする

(3) 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

(4) 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

(5) 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと
(納入者は補修に係る費用を負担すること)

(6) 建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

5. 構成リスト

NO	品名	メーカー	型式	数量
	生体情報モニタ(手術)			
	866471 IntelliVue MX750 生体情報モニタ	フィリップス		1式
	・ 本体(8chモデル)19インチワイド液晶タッチスクリーン	フィリップス		
	・ 重症領域用ソフトウェア	フィリップス		
	・ RS232/MIBインターフェース	フィリップス		
	・ マニュアルセット	フィリップス		
	・ 電源ケーブル(3.25m L型プラグ)	フィリップス		1式
	866468 FMX 4スロット モジュールサーバ	フィリップス		2式
	・ MMSマウント	フィリップス		
	M8022A IntelliVue接続ケーブル	フィリップス		一式
	・ MSL ケーブル0.75m	フィリップス		1式
	・ MSL ケーブル2m	フィリップス		1式
	867030 IntelliVue X3 MMS(心電図/呼吸,非観血血圧,SpO2)	フィリップス		1式
	・ 本体3chモデル 6.1インチワイド液晶スクリーン	フィリップス		
	・ FAST SPO2アルゴリズムモデル	フィリップス		
	・ デュアル観血血圧、体温1ch測定機能	フィリップス		
	・ マニュアルセット	フィリップス		
	866173 G7m 麻酔ガスモジュール	フィリップス		1式
	M1034B IntelliVue BISモジュール	フィリップス		1式
	・ BISデバイス(パワータップ)	フィリップス		
	865383 IntelliVue NMTモジュール	フィリップス		1式
	865115 IntelliBridge EC10 外部機器接続モジュール	フィリップス		1式
	・ RS232/LAN接続モデル	フィリップス		1式
	・ GE麻酔器Aisys CS2用ドライバ	フィリップス		1式
	865114 IntelliBridge EC5 IDモジュール	フィリップス		1式
	・ GE麻酔器Aisys CS2用	フィリップス		1式
	・ IDモジュール接続ケーブル 3m	フィリップス		1式
	消耗品関連	フィリップス		一式
	866474 IntelliVue MX750 生体情報モニタアップグレード	フィリップス		2式
	・ Rel.Txxの機能を追加	フィリップス		
	・ Rel.Txxへのソフトウェアアップグレード	フィリップス		
	・ ソフトウェアRel.T用マニュアルセット	フィリップス		
	Philips IntelliVueインフォメーションセンタ iX	フィリップス		1式
	・ 新規導入システム	フィリップス		
	・ リリース 4 ソフトウェア	フィリップス		
	・ エンタープライズ患者ベッドライセンス(3ベッド分)	フィリップス		
	・ 取扱説明書 追加添付	フィリップス		1式
	・ メディアキット 追加添付	フィリップス		1式

	PIC iX ハードウェア	フィリップス		1式
	・ PIC iXハードウェア・OS機能	フィリップス		1式
	・ PIC iX リリース 4 ハードウェア	フィリップス		1式
	・ PC本体+SSD,キーボード,マウス	フィリップス		1式
	・ UPSハードウェア,	フィリップス		1式
	866126 タッチ式23.8インチワイド液晶ディスプレイ	フィリップス		1式
	989801191232 OKIプリンタ B432DNW(A4モノクロ)	フィリップス		1式
	867392 レイヤ2スイッチ	フィリップス		1式
	・ ギガビットスイッチ(24ポートUTP+4ポートSFP+PoEモデル)	フィリップス		1式
	867336 ファイアウォール	フィリップス		1式
	・ Ciscoファイアウォール FP1010 8ポート	フィリップス		1式
	989801196169 ラックマウント型UPS ユタカ電機 UPS610SP	フィリップス		1式
	生体情報モニタマウント金具(GE麻酔器Aisys CS2用)	フィリップス		1式
	設置・通線等工事費	フィリップス		1式
【特記】				
▶ 診療の都合により、同等品申請は認めない。 ▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。 ▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。				