

市立野洲地域医療センター
排気設備関連機器納入業務

仕様書

仕様書

1. 調達物品名称及び数量

(1) 物品名

排気設備関連機器

(2) 構成内容及び数量

- | | |
|-------------------------|----|
| 1.臓器撮影装置付きプッシュプル型切出し流し台 | 1式 |
| 2.排気付き保管庫（観音扉） | 1式 |
| 3.排気フード型流し付き実験台 | 1式 |

2. 納入場所

滋賀県野洲市富波甲1294番地

市立野洲地域医療センター

3. 納入期間

令和8年12月1日から令和9年2月28日まで

（物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。

ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。）

4. 機器設置条件

- (1) 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること
- (2) 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする
- (3) 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする
- (4) 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること
- (5) 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）
- (6) 建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

5. 構成リスト(基準品)

NO	品名	メーカー	型式	数量
	排気設備関連機器			
1	臓器撮影装置付切出流し台	加藤萬製作所	KSEU-1875CPPL	1式
2	排気付ホルマリン保管庫	加藤萬製作所	KPPL-1560	1式
3	排気フド型流し付き実験台	加藤萬製作所	KSAD-1575PL	1式
【特記】				
▶ 同等品申請を提出する場合は「6.調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件」をすべて満たすこと。 ▶ 詳細仕様 参考図面参照。 ▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。 ▶ 運賃・搬入・設置費を含む。 ▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。				

6. 調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件

- 1 臓器撮影装置付きプッシュプル型切出し流し台は以下の要件を満たすこと
 - 1-1 本体外形寸法は、W1,800×D750×H800/2,100mm±50mm（ダクト部等を除く）であること。
 - 1-2 本体主要材質は、ステンレス製SUS304相当の耐久性及び耐蝕性を有する材質もしくはそれと同等以上のものであること。
 - 1-3 本装置は標本撮影装置、切り出し流し台で構成されていること。
 - 1-4 標本撮影装置の支柱部は、W100×D420×H900mm以下であること。
 - 1-5 標本撮影装置の重量は8.5kg以下であること。
 - 1-6 標本撮影装置のカメラ取り付け部は、カメラ位置を作業者の任意の位置に設定できること。
 - 1-7 標本撮影装置はカメラとステージの位置関係を常に水平に保つ調整機構があること。
 - 1-8 標本撮影装置はモーターによりカメラが電動で昇降できること。
 - 1-9 標本撮影装置のステージ（透過光照明器）外形寸法はW450×D430×H121mm±50mmであり、光面撮影面積W430×D410mm±50mmであること。
 - 1-10 標本撮影装置はLED照明を使用し、高寿命であること。
 - 1-11 標本撮影装置の反射照明器は角度調整が容易なフリーストップ機能を有していること。
 - 1-12 標本撮影装置の反射照明にLEDを使用し、高寿命であること。
 - 1-13 切り出し流し台の外形寸法は、W770×D400×H250mm±50mmの段落ち構造であること。
 - 1-14 切り出し流し台は天板を2枚以上設けていること。また、天板面は常にシンクの四方吸引により均等・均一の風速で排気ができる構造でありかつ、天板は取り外すことが出来る構造であること。
 - 1-15 切り出し流し台はシングルハンドレバー混合水栓を1個以上設けていること。
 - 1-16 切り出し流し台は排水口を1個以上設けていること。また、排水口はトラップ付きであること。
 - 1-17 切り出し流し台はオーバーフローを1個以上設けていること。
 - 1-18 切り出し流し台は40×40mm脚とボールアジャスターを6セット以上設けていること。
 - 1-19 切り出し流し台の排気風量は1,320CMH以上の1次側必要設備にて、供給を受けることができる構造であること。
 - 1-20 切り出し流し台はACコンセントを3個以上設けている構造であること。
 - 1-21 切り出し流し台はLANコンセントを1個設けている構造であること。
 - 1-22 切り出し流し台はLED照明灯を4灯以上設け、撮影装置部のLED照明灯は撮影をする際単独で照明をON/OFF管理できる構造であること。
 - 1-23 切り出し流し台のLED照明灯は、昼光色（6,500K）であり、広範囲発光は350度、定格寿命は40,000時間以上のLEDであること。
 - 1-24 切り出し流し台は収納棚を2枚以上設けていること。また、棚板は自在に調節できる構造であること。
 - 1-25 切り出し流し台は最大風量6.2M3/minのプッシュファンを3台以上設けている構造であること。また、設置状況に応じて可変抵抗器による風量調節が可能な構造であること。
 - 1-26 切り出し流し台はベアリング劣化を抑え、プッシュファンの長寿命化を図ることができる構造であること。
 - 1-27 切り出し流し台は過熱保護のサーマルプロテクタ内蔵の構造であること。
 - 1-28 切り出し流し台は厚生労働省が推奨するプッシュプルの原理（垂直方向方式及び背面吸い込み方式、開放型構造）による給排気構造であること。
 - 1-29 国際品質保証規格ISO-9001:2015の認証を取得している製品であること。
- 2 排気付き保管庫（観音扉）は以下の要件を満たすこと
 - 2-1 本体外形寸法はW900×D600×H1,800mm±50mm（ダクト部分を除く）であること。
 - 2-2 本体主要材質は、ステンレス製SUS304相当の耐久性及び耐蝕性を有する材質もしくはそれと同等以上のものであること。
 - 2-3 扉は観音開閉方式であること。また、扉を開閉しなくても庫内の状況がわかるような構造であること。
 - 2-4 ステンレスSUS304製、板厚1.2mm以上の可動式棚を3枚以上設けていること。
 - 2-5 給気口を設け、陰圧にならないよう背面から排気できる構造であること。
 - 2-6 取っ手を2か所以上設けていること。
 - 2-7 鍵を2か所以上設けていること。
 - 2-8 ホルマリン固定臓器等を保管するための排気構造であること。
 - 2-9 排気風量は390CMH以上であり、1次側必要設備にて供給を受けることができる構造であること。
 - 2-10 国際品質保証規格ISO-9001:2015の認証を取得している製品であること。
- 3 排気フード型流し付き実験台は以下の要件を満たすこと
 - 3-1 本体外形寸法は、W1500×D750×H800/2,200mm±50mm（ダクト部分を除く）であること。
 - 3-2 本体主要材質は、ステンレス製SUS304相当の耐久性及び耐蝕性を有する材質もしくはそれと同等以上のものであること。
 - 3-3 本装置は、流し付き実験台及び排気フード型で構成されていること。
 - 3-4 流し付き実験台の本体外形寸法は、W1500×D750×H800mm±50mmであること。
 - 3-5 流し付き実験台は流し台を1槽設けている構造であること。
 - 3-6 流し付き実験台の流し台の外形寸法は、W600×D400×H250mm±50mmであること。
 - 3-7 流し付き実験台はシングルハンドレバー混合栓を1個以上設けていること。
 - 3-8 流し付き実験台は排水口を1個以上設けていること。また、排水口はトラップ付きであること。
 - 3-9 流し付き実験台はオーバーフローを1個以上設けていること。
 - 3-10 流し付き実験台は40×40mm脚とボールアジャスターを4セット以上設けていること。
 - 3-11 流し付き実験台は当院が保有する電気温水器と接続すること。
 - 3-12 排気フードの外形寸法は、W1500×D750×H1,400mm±50mmであること。
 - 3-13 排気フードは透明塩ビ樹脂製上下バランス扉を1枚以上設け、最大開口700mm±50mm及び制限開口400mm±50mmであること。
 - 3-14 排気フードはLED照明灯を1灯以上設けていること。
 - 3-15 排気フードのLED照明灯は、昼光色（6,500K）であり、広範囲発光は350度、定格寿命は40,000時間以上のLEDであること。
 - 3-16 排気フードのLED照明灯用スイッチを支柱部に1個以上設けていること。
 - 3-17 排気フードの排気構造は背面から排気ができる構造であること。
 - 3-18 排気フードの排気風量は1,080CMH以上の1次側必要設備にて、供給を受けることができる構造であること。
 - 3-19 排気フードは厚生労働省が推奨する局所排気装置の原理（囲い型構造）による排気構造であること。
 - 3-20 国際品質保証規格ISO-9001:2015の認証を取得している製品であること。