









3F 標本整理・切出室

1次側必要設備

排気ダクト: 200Φ CH-100mm立下りVD止め

風量: 6.5M3/min.(390CMH) 静圧: 約100Pa

24h換気 ホルマリン

20				
19				
18				
17				
16				
15				
14				
13				
12				
11				
10	機器本体側面化粧カバー	2		
9	背面吸い込み口	1		
8	可動棚	3		
7	巾木	1		
6	取っ手	2		
5	強化ガラス製観音扉	1		
4	鍵	2		
3	給気口	1		
2	排気ダクト接続口	1		
1	機器本体	1		
品 名		数 量	材 質	備 考

寸法: W900×D600×H1800mm
台数: 1台

第三角法

株式会社 加藤萬製作所

作成
原 図
縮 尺
加 増

DATE
2025/9/15
縮 尺
Scale=1:20

名 称 : 野洲市民病院 御中

図面名 : 排気付き保管庫(観音扉)
Model: KT-0960PLK1

図面番号