市立野洲地域医療センター
麻酔器･麻酔記録システム納入業務

仕様書

仕様書

１．調達物品名称及び数量

（１） 物品名

麻酔器･麻酔記録システム

（２） 構成内容及び数量

麻酔器	1式
麻酔記録システム	1式

２．納入場所　　滋賀県野洲市冨波甲1294番地
市立野洲地域医療センター

３．納入期間　　令和8年12月1日から令和9年2月28日まで
（物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。）

４．機器設置条件

（１） 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

（２） 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼動させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする

（３） 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

（４） 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

（５） 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）

（６） 建物に固定する機器にあっては、十分な耐震対策を講じること

５．構成リスト

NO	品名	メーカー	型式	数量
	麻酔器			
1	ｴｲｼｽ CS2 Pro EtC 麻酔器一式（上部ｶｾｯﾄ収納ﾀｲﾌﾟ)(ACGO 有）	GEヘルスケア	エイシス CS2 Pro	1式
2	ｱﾗｼﾞﾝ 2 カセット SEVO ｲｰｼﾞｨｰﾌｨﾙ	GEヘルスケア		1式
3	ｱﾗｼﾞﾝ 2 カセット DES	GEヘルスケア		1式
4	エイシス CS2B650/450 縦型ﾏｳﾝﾄ Field	GEヘルスケア		1式
5	ｷｬｽﾀｰｶﾞｰﾄﾞ	GEヘルスケア		1式
6	作業台ｶﾊﾞｰ	GEヘルスケア		1式
7	ﾌｫｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ	GEヘルスケア		1式
8	ｴｲｼｽ CS2 3 ﾓｰﾄﾞｻｸｼｮﾝｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ	GEヘルスケア		1式
9	排気ﾗｲﾝ(18cm) ISO 準拠	GEヘルスケア		1式
10	ｼﾘｺﾝﾎｰｽ(1.0m)	GEヘルスケア		1式
11	ABS Flow ｾﾝｻｰｽﾄﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ	GEヘルスケア		2式
12	ｴｲｼｽ用ﾌﾛｰｾﾝｻｰﾓｼﾞｭｰﾙ	GEヘルスケア		1式
13	Absorbent Canister	GEヘルスケア		1式
14	ﾏﾙﾁｱﾌﾞｿｰﾊﾞ用ﾀﾞｽﾄﾌｨﾙﾀ(40/Pack)	GEヘルスケア		1式
15	O2耐圧ｶﾞｽﾎｰｽ（8M-川重）	GEヘルスケア		1式
16	N2O耐圧ｶﾞｽﾎｰｽ（8M-川重）	GEヘルスケア		1式
17	Air耐圧ｶﾞｽﾎｰｽ（8M-川重）	GEヘルスケア		1式
18	余剰ｶﾞｽﾎｰｽ（8M-川重）	GEヘルスケア		1式
19	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ麻酔器側ｵｰﾌﾟﾝ（8M-川重）	GEヘルスケア		1式
20	ｼﾝｸﾞﾙ上部ｶｾｯﾄｶﾊﾞｰ	GEヘルスケア		1式
21	外部機器取付用金具類	GEヘルスケア		1式
	麻酔記録システム(手術室端末更新 3式分）			
	【自動麻酔記録システム　ハードウェア】			
1	・クライアント本体 Proｽﾘﾑﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ	ユニシ-		3式
	CPU：Core Ultra 5　ﾒﾓﾘ：16GB			
	ｽﾄﾚｰｼﾞ：SSD 512GB　OS：Windows11 Pro			
	その他：ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｳｽ　保守：5年翌営業日ｵﾝｻｲﾄ			
2	・24インチディスプレイ（1台のみ/2台は既設分移転）	ユニシ-		1式
3	・4ﾎﾟｰﾄRS-232C USB-ｼﾘｱﾙｺﾝﾊﾞｰﾀ ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ型	ユニシ-		1式
4	・麻酔器用PCアーム1式、取付・設置作業3式	ユニシ-		1式
5	・LAPLINK 14 ライセンス 5年保守付き	ユニシ-		3式
	【自動麻酔記録システム　ソフトウェア】			
6	・自動麻酔記録システム及び手術管理システム　クライアント設定、データ移行	ユニシ-		3式
7	・医療機器シリアル接続設定	ユニシ-		3式
8	・導入前打ち合わせ（1回）	ユニシ-		1式
9	・導入時調整、操作説明、稼働立会い（3日）	ユニシ-		1式
10	・諸経費	ユニシ-		1式

【特記】

- 診療の都合により、同等品申請は認めない。
- 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。
- 納入検収後1年間を無償保証期間とする。