市立野洲地域医療センター
内視鏡保管庫･内視鏡ラック納入業務

仕様書

仕様書

１．調達物品名称及び数量

（１） 物品名

内視鏡保管庫･内視鏡ラック

（２） 構成内容及び数量

1.内視鏡保管庫（10本用）	1式
2.内視鏡ラック	2式

２．納入場所　　滋賀県野洲市冨波甲1294番地
市立野洲地域医療センター

３．納入期間　　令和8年12月1日から令和9年2月28日まで
（物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。）

４．機器設置条件

（１） 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

（２） 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼動させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする

（３） 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

（４） 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

（５） 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）

（６） 建物に固定する機器にあっては、十分な耐震対策を講じること

５．構成リスト(基準品)

NO	品名	メーカー	型式	数量
	内視鏡保管庫･内視鏡ラック			
1	クリーンキャビ	タイホー	CLF-810	1式
2	内視鏡ラック	タイホー	TR-400	2式
3	梱包費	タイホー		1式
4	送料	タイホー		1式

【特記】

- 同等品申請を提出する場合は「6.調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件」をすべて満たすこと。
- 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。
- 納入検収後1年間を無償保証期間とする。

6．調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件

1　内視鏡保管庫は以下の要件を満たすこと

1-1	本体外形寸法は、幅1,200mm、奥行450mm、高さ2,115mm以下であること。
1-2	本体材質は、SUS304相当以上の耐腐食性ステンレス製であること。
1-3	HEPAフィルター付クリーンユニットを有し、クリーンエアーによる乾燥機能を有すること。
1-4	HEPAフィルターの交換時期をランプで知らせる機能を有すること。
1-5	制菌加工素材のクリーンマットを有し、スコープとの緩衝や細菌の増殖を抑制できること。
1-6	引戸式硝子2枚戸でシリンダー一錠を有すること。
1-7	ガラス部へ飛散防止フィルムが貼り付けられていること。
1-8	転倒防止金具を付属し、耐震対策を講じること。
1-9	アクリル架台はオリンパス社製消化器用290系に対応していること。

2　内視鏡ラックは以下の要件を満たすこと

2-1	本体外形寸法は、幅525mm、奥行450mm、高さ1,690mm以下であること。
2-2	本体材質は、SUS304相当以上の耐腐食性ステンレス製であること。
2-3	4本のスコープが掛けられること。
2-4	キャスターを有すること。
2-5	取り外し可能なステンレス製水受皿を有すること。
2-6	アクリル架台はオリンパス社製消化器用290系に対応していること。
2-7	背面は曲面仕上げの揺れ止めを有すること。