市立野洲地域医療センター
婦人科超音波画像診断装置納入業務

仕様書

仕様書

１．調達物品名称及び数量

（１） 物品名

超音波画像診断装置

（２） 構成内容及び数量

超音波画像診断装置　　1式

２．納入場所　　滋賀県野洲市冨波甲1294番地
市立野洲地域医療センター

３．納入期間　　令和8年12月1日から令和9年2月28日まで
(物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。)

４．機器設置条件

（１） 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

（２） 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼動させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする

（３） 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

（４） 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

（５） 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）

（６） 建物に固定する機器にあっては、十分な耐震対策を講じること

５．構成リスト

NO	品名	メーカー	型式	数量
	超音波画像診断装置			
1	超音波画像診断装置	ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ	SONOVISTA LX	1式
2	LX 基本ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾗｲｾﾝｽ	ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ		1式
3	体腔内ﾌﾟﾛｰﾌﾞ	ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ	EC9-3	1式
4	ｺﾝﾍﾞｯｸｽﾌﾟﾛｰﾌﾞ	ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ	C5-2	1式
5	ｿﾆｰ　白黒ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ	UP-D898DC	1式
6	ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ　USBﾒﾓﾘ16GBﾌﾞﾗｯｸ	ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ	RUF3-KS16GA-BK	1式
7	LX S端子/VGAｷｯﾄ	ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ		1式
8	LX DICOM Storage ﾗｲｾﾝｽ	ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ		1式
9	LX DICOM Worklist ﾗｲｾﾝｽ	ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ		1式
10	ﾆｭｰﾛﾝ　ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ	ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ	F560-GV	1式
11	設置・システム調整費用　US(平日/10時間以内)	ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ		1式
12	接続費	ｱｽﾄﾛｽﾃｰｼﾞ		1式
	ﾓﾀﾞﾘﾃｨ接続ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ費用(DICOM接続費用：Storage)			
	ﾓﾀﾞﾘﾃｨ接続ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ費用(DICOM接続費用：MWM)			
	現地SEｻｰﾋﾞｽ費用 1日6時間作業 システム設定/システム調整/立会い･操作指導等			

【特記】

- PACSとの接続費用を含むこと。
- 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。
- 診療の都合により、同等品申請は認めない。
- 納入検収後1年間を無償保証期間とする。