市立野洲地域医療センター
除細動器（DC・AED）納入業務

仕様書

仕様書

１．調達物品名称及び数量

（１） 物品名

除細動器（DC・AED）

（２） 構成内容及び数量

除細動器（DC）	1式
除細動器（AED）	2式

２．納入場所　　滋賀県野洲市冨波甲1294番地
市立野洲地域医療センター

３．納入期間　　令和8年12月1日から令和9年2月28日まで
（物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。）

４．機器設置条件

（１） 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

（２） 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼動させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする

（３） 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

（４） 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

（５） 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）

（６） 建物に固定する機器にあっては、十分な耐震対策を講じること

５．構成リスト

NO	品名	メーカー	型式	数量
	除細動器(DC)			
1-1	ﾃﾞﾌｨﾌﾞﾘﾚｰﾀ	日本光電	TEC-1021	1式
1-2	ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ	日本光電	SB-950P	1式
1-3	SDﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ	日本光電	QM-002D	1式
1-4	架台	日本光電	KD-101V	1式
1-5	ﾊﾞｽｹｯﾄ	日本光電	DI-101V	1式
1-6	使い捨てﾊﾟｯﾄﾞ	日本光電	P-740	1式
1-7	TEC設置調整費	日本光電	#INST-TEC	1式
	除細動器(AED)			
2-1	自動体外式除細動器	日本光電	AED-3100	2式
2-2	使い捨てﾊﾟｯﾄﾞ	日本光電	P-740	4式
2-3	BATTERY PACK	日本光電	SB-310V	2式
2-4	AED/CPR　ﾚｽｷｭｰｷｯﾄ	日本光電	YZ-043H3	2式

【特記】

- 診療の都合により、同等品申請は認めない。
- 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。
- 納入検収後1年間を無償保証期間とする。