市立野洲地域医療センター
人工呼吸器納入業務

仕様書

仕様書

１．調達物品名称及び数量

（１） 物品名

人工呼吸器

（２） 構成内容及び数量

人工呼吸器　1式

２．納入場所　滋賀県野洲市冨波甲1294番地
市立野洲地域医療センター

３．納入期間　令和8年12月1日から令和9年2月28日まで
(物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。)

４．機器設置条件

（１） 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

（２） 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼動させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする

（３） 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

（４） 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

（５） 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）

（６） 建物に固定する機器にあっては、十分な耐震対策を講じること

５．構成リスト

NO	品名	メーカー	型式	数量
	人工呼吸器			
1	人工呼吸器	日本光電	NKV-440	1
2	内蔵バッテリ	日本光電	SB-551Z	1
3	リユーザブル呼気フローセンサ	日本光電	TF-551Z	2
4	ガルバニ式酸素センサ	日本光電	YT-470Z	1
5	テスト用呼吸回路	日本光電	VA-500Z	1
6	呼気弁ユニット	日本光電	YT-440Z	2
7	トロリー	日本光電	KC-440Z	1
8	加温加湿器マウント	日本光電	DH-554Z	1
9	シリンダホルダ	日本光電	DH-555Z	1
10	バスケット	日本光電	DP-550Z	1
11	サポートアームマウント	日本光電	DH-552Z	2
12	サポートアーム	日本光電	YS-123P9	1
13	ウォータバッグポール	日本光電	YS-124P0	1
14	拡張バッテリカバー	日本光電	YT-513Z	1
15	テスト肺 1L	日本光電	YS-120P2	1
16	耐圧ホース酸素（川重）５Ｍ	日本光電	VV121	1
17	加温加湿器ＭＲ８５０	日本光電	MR850	1
18	エレクトリカルアダプタ ９００ＭＲ８５８	日本光電	V503A	1
19	ヒーターワイヤーアダプタ９００ＭＲ８０５	日本光電	V503E	1
20	温度プローブ ９００ＭＲ８６０	日本光電	V509A	1
21	VENT(S)設置調整費	日本光電	#INST-VENT(S)	1

【特記】

- 診療の都合により、同等品申請は認めない。
- 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。
- 納入検収後1年間を無償保証期間とする。