市立野洲地域医療センター
電動診察台等納入業務

仕様書

仕様書

１．調達物品名称及び数量

（１） 物品名

電動診察台･エコー検査ベッド･内視鏡ストレッチャー

（２） 構成内容及び数量

電動診察台(上下昇降)	外来(整形外科)	ｷﾞﾌﾟｽ処置室(整形外科)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(消化器内科)	診察室(5)(消化器内科)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(総合内科)	診察室(6)(総合内科)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(内科)	診察室(7)(内科)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(小児)	診察室(9)(小児)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(泌尿器科)	処置室(1)(泌尿器科)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(泌尿器科)	診察室(4)(泌尿器科)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(循環器)	診察室(4)(循環器)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(呼吸器内科)	診察室(5)(呼吸器内科)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(皮膚科)	診察室(6)(皮膚科)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(外科)	診察室(8)(外科)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(外科)	処置室(2)(外科)	1式
電動診察台(上下昇降)	外来(婦人科)	診察室(9)(婦人科)	1式
電動診察台(上下昇降)	病棟(急性期)外科系	診察処置室	1式
電動診察台(上下昇降)	病棟(急性期)内科系	診察処置室	1式
電動診察台(上下昇降)	病棟(障がい者)	診察処置室	1式
電動診察台(上下昇降)	病棟(地域包括)	診察処置室	1式
電動診察台(上下昇降)	病棟(回復期ﾘﾊ)	診察処置室	1式
エコー検査ベッド	生理検査	エコー室(心エコー)	1式
エコー検査ベッド	健康管理センター	超音波検査室(1)	1式
内視鏡ストレッチャー	内視鏡センター	内視鏡室	1式
内視鏡ストレッチャー	内視鏡センター	リカバリー室	3式

２．納入場所　　滋賀県野洲市冨波甲1294番地
市立野洲地域医療センター

３．納入期間　　令和8年12月1日から令和9年2月28日まで
(物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。)

４．機器設置条件

（１） 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

（２） 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼動させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする

（３） 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

（４） 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

（５） 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）

（６） 建物に固定する機器にあっては、十分な耐震対策を講じること

５．構成リスト

NO	品名	メーカー	型式	数量
1	電動診察台			
1	診察台 EX-CS3	タカラベルモント	EX-CS3N	18式
2	診察台用天板 1900×700 ES15	タカラベルモント	EX-1970 ES15	18式
3	CS用枕S ES15	タカラベルモント	EX-CS-MS ES15	18式
2	エコー検査ベッド			
1	検査台	タカラベルモント	US-370	1式
2	検査台	タカラベルモント	US-380N	1式
3	内視鏡用ストレッチャー			
1	ベルフリットC　ES23	タカラベルモント	EB-BFTC ES23	4式
2	BFTC用酸素ボンベホルダー	タカラベルモント	EB-BFTC-BH	1式
3	BFTC用脚側イルリガートル架BK付	タカラベルモント	EB-BFTC-DL	4式
4	BFTC用小物トレー	タカラベルモント	EB-BFTC-KM	4式
5	BFT用サブフットスイッチ	タカラベルモント	EB-BFT-FS	4式
6	CS用枕S ES25	タカラベルモント	EX-CS-MS ES25	4式
7	リチウムイオンバッテリー	タカラベルモント	DR-LIBP	1式
8	リチウムイオンバッテリー用充電器	タカラベルモント	DR-LICHG	4式
9	特注費（フットスイッチ床置仕様）	タカラベルモント	ZZ-907D	4式

【特記】

- 診療の都合により、同等品申請は認めない。
- 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。
- 納入検収後1年間を無償保証期間とする。