市立野洲地域医療センター
内視鏡システム納入業務

仕様書

仕様書

１．調達物品名称及び数量

（１） 物品名

内視鏡システム

（２） 構成内容及び数量

内視鏡システム　1式

２．納入場所　滋賀県野洲市冨波甲1294番地
市立野洲地域医療センター

３．納入期間　令和8年12月1日から令和9年2月28日まで
(物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。)

４．機器設置条件

（１） 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

（２） 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼動させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする

（３） 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

（４） 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

（５） 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）

（６） 建物に固定する機器にあっては、十分な耐震対策を講じること

５．構成リスト

NO	品名	メーカー	型式	数量
	内視鏡システム			
	24型LCDモニター	オリンパス	MDEC-2523	1
	コンパクトトロリー	オリンパス	TC-C4ｺﾝﾊﾟｸﾄﾄﾛﾘｰ ｾｯﾄ1	1
	LCDアーム（変動アーム）	オリンパス	MAJ-2147	1
	VISERA Sビデオシステムセンター	オリンパス	OTV-S500	1
	HDカメラヘッド	オリンパス	CH-S200-08-LB	1
	3G-SDIケーブル（3.0m）	オリンパス	MAJ-2015	1
	TEAC 記録装置			
	TEAC　MV-５D　DICOMゲートウェイ	オリンパス		1
	TEAC　VS-１　（MV-1/MV-5用リモコン）※10	オリンパス		1
	C-41-USB-HID-AM-V　CCDスキャナ	オリンパス		1
	カナレ　D2.5HDCO3E	オリンパス		2
	FSS-30　フットスイッチ	オリンパス		1
	設置調整費（平日1台）	オリンパス		1
	DICOM STORAGE・MWM 接続作業 平日対応			
	モダリティ接続インターフェイス費用【DICOM接続費:Storage】	オリンパス		1
	モダリティ接続インターフェイス費用【DICOM接続費:MWM】	オリンパス		1
	現地SEサービス費用【1日約6時間作業】（平日）	オリンパス		1

【特記】

- 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。
- 診療の都合により、同等品申請は認めない。
- 納入検収後1年間を無償保証期間とする。